



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
"ΘΡΙΑΣΙΟ"

ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ 19018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 21393/Φ419
06.09.2016
13/9/16
2148

"ΘΡΙΑΣΙΟ"
Handwritten signature and initials

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Πληροφορίες: Ε.ΚΑΡΟΥΣΟΣ
Τηλέφωνο: 213-20.28.606
FAX: 213-20.28.608

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: 6-9-2016
Αρ.Πρωτ.: Τ.Υ/543/Φ815X

ΠΡΟΣ: Γραφείο Διοικητού
Διευθυντή Αναισθησιολογικού Τμήματος

ΘΕΜΑ: Έκθεση για τη ομαλή και την ασφαλή λειτουργία των Αναισθησιολογικών μηχανημάτων

- Σχετικά: α) Έγγραφο σας «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Αναισθησιολογικού Τμήματος», με Αρ.Πρωτ.: 20609/Φ419 από 26-08-2016
β) Έγγραφο σας «Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός του Αναισθησιολογικού Τμήματος», με Αρ.Πρωτ.: 21155/Φ419 από 26-08-2016
γ) Έγγραφο μας «Έκθεση για τη ομαλή και την ασφαλή λειτουργία των Αναισθησιολογικών μηχανημάτων, των Ακτινολογικών μηχανημάτων και των Monitors των Μονάδιων Εντατικής Θεραπείας», με Αρ.Πρωτ.: 4603/Φ419 από 23-02-2016

Σε συνέχεια των (α) & (β) σχετικών επιστολών σας, σας γνωρίζουμε ότι κατ' επανάληψη η Υπηρεσία μας έχει αναφερθεί εγγράφως [τελευταία αναφορά σχετικό (γ)], αλλά και προφορικά, στο σοβαρότατο αυτό θέμα της λειτουργικής κατάστασης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων. Η επιτακτική ανάγκη της αντικατάστασης των αναισθησιολογικών μηχανημάτων αποτέλεσε βασικό θέμα συζήτησης και στη πρώτη συνάντηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας με τον νέο Διοικητή του Νοσοκομείου μας, τις πρώτες κίολας ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Όπως είναι γνωστό τα εν λόγω αναισθησιολογικά μηχανήματα κατασκευαστικού οίκου DATEX-OHMEDA μοντέλο ADU αγοράστηκαν το 2000. Βασικός και κρίσιμος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ο οποίος βρίσκεται σε καθημερινή και έντονη λειτουργία για παραπάνω από 15 χρόνια. Δυστυχώς οι βλάβες που παρουσιάζονται είναι αρκετά συχνές και η συντήρηση του εξοπλισμού ελλιπής λόγω και της παλαιότητάς τους, αλλά εξαιτίας και της έλλειψης των απαραίτητων οικονομικών πόρων για την τεχνική τους υποστήριξη. Από τον Ιούνιο του 2014 η εταιρεία EMM. ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ, ο επίσημος αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στη χώρα μας, μας ενημέρωσε ότι λόγω της παλαιότητας δεν μπορεί να υπογράψει συμβόλαιο συντήρησης για τον εν λόγω εξοπλισμό και για τον λόγο αυτό δεν πήρε μέρος στον προηγούμενο Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάδειξη συντηρητών του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Σχετικά λοιπόν με την καταλληλότητα και το επίπεδο συντήρησης του εξοπλισμού τα προβλήματα που παρουσιάζονται είναι τα ακόλουθα

α) Λόγω πλέον της μη τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού ο κατασκευαστικός οίκος δεν διατηρεί οργανωμένες αποθήκες ανταλλακτικών με επαρκείς ποσότητες ανταλλακτικών και αποθέματα ασφαλείας. Χρησιμοποιούνται τα οποιαδήποτε διεθνώς υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά μέχρι εξαντήσεώς τους. Βάσει αυτών είναι δεδομένο ότι συχνά θα υπάρχουν χρονικές καθυστερήσεις στην ανεύρεση και την προμήθεια των ανταλλακτικών. Κάποια στιγμή μάλιστα δεν θα υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά και τα μηχανήματα σταδιακά θα βγαίνουν αναγκαστικά εκτός λειτουργίας.

Τηλ. Άνση: Λεωφ. Γ. Γεννηματά, Τ.Κ. 192 00 Μαγούλα, Τηλ. Κέντρο: 213-20.28.000, Fax: 210-55.51.243,
16 δ/ση: bioiatriki@thriassio-hosp.gr, www.thriassio-hosp.gr

β) Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη οικονομικών πόρων, η οποία δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.


Υπό αυτές τις συνθήκες, έλλειψης ανταλλακτικών και οικονομικών πόρων, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί από κανέναν η απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού και του Τμήματος.

Εξαιτίας όλων αυτών των προαναφερόμενων προβλημάτων μοναδική ουσιαστική λύση είναι η αντικατάστασή τους το ταχύτερο δυνατόν. Η προμήθεια καινούργιων μηχανημάτων θα εξασφαλίσει την ασφαλή λειτουργία του Τμήματος Αναισθησιολογίας, παρέχοντας ταυτόχρονα όλες τις σύγχρονες δυνατότητες στον τομέα αυτό και θα μειώσει αισθητά το κόστος συντήρησης.

(BIT: 16/041), ANAISU GE-ADU LEITΟΥRG KATAST 0916.doc

Εσωτερική διανομή: Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου
Δ/ντή Χειρουργικού Τομέα & Επιτροπής Χειρουργείου
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Διοικητικό Διευθυντή
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ο Προϊστάμενος
Τμ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ
ΔΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧ.

Ο Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ
ΔΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

Ταχ. Δ/νση Καρόλων Γεωργιάδων, Γκαρτζοπούλου 100, Καλλιθέα, Τμήρ. Κέντρο Εγρ. Ουρολογίας, Γαλλικό Παιδ. Κέντρο, Τ.Κ. 15122
Ηλ.δ/νση: bioiatriki@thriassio-hosp.gr, www.thriassio-hosp.gr