

1

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 28-3-2017
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στη Ζάκυνθο σήμερα 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γ.Ν.Ζ. «Άγιος Διονύσιος», συνήλθε σε συνεδρίαση το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Ζ., που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 228/14-1-2016 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Ζ. με ΑΔΑ: ΨΘΘΕ4690ΒΞ-348 και λειτουργεί ως συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο βάσει των διατάξεων του Ν. 2690/99 και του Ν.3329/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για την παρούσα συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλα τα μέλη του Ε.Σ. από τον πρόεδρο αυτού. Η συνεδρίαση διεξήχθη υπό την προεδρία του κ. Παύλου Καψαμπέλη- Συντ. Δ/ντη χειρουργού, προέδρου του Ε.Σ. και με τη συμμετοχή των παρακάτω μελών:

1. Μάρκου Αθανασίου, Δ/ντη Ιατρικής Βιοπαθολογίας
2. Καλόφωνου Διονυσίου, Δ/ντη Νεφρολόγο.
3. Ακτύπη Διονυσίου, επιμ. Α' ορθοπαιδικού.
4. Τόττα Χρήστου, Δ/ντη φαρμακοποιού.
5. Στυλιανέση Ευσταθίας, Τ.Ε. Φυσικοθεραπεύτριας.

Απόντες ήταν οι: Τσουκαλάς Μαρίνος επιμ. Β' χειρουργός, Λευτάκης Αντώνιος, Π.Ε. Νοσηλεύτης- Προϊστάμενος Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και Παναγούλια Μαρίνα, ειδικευόμενη Μαιευτικής –Γυναικολογίας.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν: ο Δ/ντης Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Ιωάννης Τουρίκης, ο πρόεδρος και η γραμματέας του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γ.Ν.Ζ. κ.κ. Ε. Τσώλας και Ι. Κάνδηλα-Προϊσταμένη Χειρουργείου, ο ταμίας της Ε.Ν.Ι.Ζ. κ. Ν. Ποταμίτης, Δ/ντης Ορθοπαιδικού Τμήματος.

Όλοι οι προαναφερόμενοι, τα μέλη του Ε.Σ. και οι παριστάμενοι κατά τη συνεδρίαση, ήταν παρόντες και κατά τη συνάντηση του Ε.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Π. Πολάκη και τον Διοικητή της 6^{ης} Υ. ΠΕ. κ. Π. Νικολόπουλο.

Ως Γραμματέας του συμβουλίου παρέστη η κ. Σωτηρία Δρόσσου, Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας.

Δεδομένης της ύπαρξης νόμιμης απαρτίας με την παρουσία έξι (6) μελών, άρχισε η συνεδρίαση με τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο: Εντολή της Διοίκησης για επαναλειτουργία των χειρουργείων.

Ο πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τα κάτωθι:

1. Με το υπ' αριθμ. 1169/21-2-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. ζητείται η έγγραφη εισήγηση – γνωμοδότηση του Ε.Σ. σχετικά με την επαναλειτουργία των χειρουργείων.
2. Με το υπ' αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 έγγραφο του Ε.Σ. κατατέθηκε ολοκληρωμένη εισήγησή του σχετικά με την πορεία των ελέγχων και την επαναλειτουργία των χειρουργείων.
3. Με το υπ' αριθμ. 1552/8-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε στο Ε.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 12^η/7-3-2017 συνεδρίασή του σχετικά με την λειτουργία των χειρουργείων. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι εάν το ΔΣ αποφασίσει ότι οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε δεύτερη συνεδρίαση ΔΣ σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό θα καθορίσουν πως θα φτάσουν σε πλήρη ανάπτυξη. Επίσης αναφέρεται ότι κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποκατάσταση της κανονικότητας της λειτουργίας των χειρουργείων, παραμένει η αίθουσα της μαιεύσεως σε λειτουργία με τις συνθήκες που λειτουργεί έως τώρα. Σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία να προγραμματισθεί η σταδιακή χρήση των χειρουργικών αιθουσών και η προώθηση των αιτημάτων του Επ. Συμβουλίου, με τις προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες (προμηθευτές κ.λπ.).
4. Με το υπ' αριθμ. 1971/24-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε στο Ε.Σ. η απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη κατά την 14^η/22-3-2017 συνεδρίασή του σχετικά

με την λειτουργία των χειρουργείων. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται ότι μετά από συνάντηση του Αν. Υπουργού και του Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε. με το Ε.Σ., οι οποίοι διαβεβαίωσαν το Δ.Σ. για τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου για την άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων, επανερχόμενοι προοδευτικά στην πλήρη ανάπτυξη αυτών.... Αποφασίζει την ανάκληση της από 2-12-2016 απόφασης αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων και την άμεση επαναλειτουργία τους, επανερχόμενοι προοδευτικά στην πλήρη ανάπτυξη αυτών.

5. Με το υπ' αριθμ. 1997/27-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 1993/27-3-2017 απόφαση της Διοικήτριας περί ανάκλησης απόφασης αναστολής λειτουργίας των χειρουργείων.
6. Με το υπ' αριθμ. 1985/27-3-2017 έγγραφο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. δίνονται στο τεχνικό τμήμα οδηγίες σύνδεσης των ιατρικών αερίων.
7. Με το υπ' αριθμ. 2006/28-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ. κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 2002/27-3-2017 εντολή της Διοικήτριας για επαναλειτουργία των χειρουργείων.

Επί των ανωτέρω αποφάσεων το Ε.Σ. διευκρινίζει τα κάτωθι:

- Όσον αφορά το υπ' αριθμ. 1169/21-2-2017 έγγραφο της Διοίκησης περί πιστοποίησης των αποτελεσμάτων των ελέγχων, η αρμόδια επιτροπή διενέργειας ελέγχων που συστάθηκε με την υπ' αριθμ. Α1β/Γ.Π.92125/8-12-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας για το σκοπό αυτό, διατυπώνει σοβαρές παρατηρήσεις στους ελέγχους που αφορούν στα δίκτυα παροχής ιατρικών αερίων και διαπιστώνει εκκρεμότητες στους ελέγχους (προσομοίωση αναισθησιολογικών μηχανημάτων, έλεγχος τοξικότητας ιατρικών αερίων, αποκατάσταση προβλημάτων στον κλιματισμό κ.λπ). σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 24/20-2-2017 έγγραφό της.

Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Ζ. με το υπ' αριθμ. 22/6-3-2017 έγγραφό του διαπιστώνει σοβαρές εκκρεμότητες στους ελέγχους και παράλληλα διατυπώνει σοβαρές επιφυλάξεις για τα αποτελέσματα των ελέγχων για την ποιοτική σύσταση των ιατρικών αερίων, όπως αυτές διατυπώνονται στην παρ. Γ. του υπ' αριθμ.810/6-2-2017 εγγράφου του.

- Όσον αφορά το πρακτικό της 12^{ης}/7-3-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με την λειτουργία των χειρουργείων, που κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθμ. 1552/8-3-2017 έγγραφο της Διοίκησης του Γ.Ν.Ζ., παρατηρούμε ότι η εισήγηση του Ε.Σ. για την επαναλειτουργία των χειρουργείων υποβαθμίζεται και οι προτάσεις χαρακτηρίζονται ως «αιτήματα».

Επίσης οι απόψεις του επιστημονικού κλιμακίου από το ΑΤΤΙΚΟΝ Νοσοκομείο, σ' αυτό το πρακτικό βαφτίζονται ως γνωμοδότηση, ενώ σε επόμενο πρακτικό (14^{ης}/22-3-17 συνεδρίασης) αναφέρονται ως «επιστημονικές απόψεις».

- Όσον αφορά το υπ' αριθμ. 1985/27-3-2017 έγγραφο της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. για τους τρόπους σύνδεσης των ιατρικών αερίων, παρατηρούμε τα εξής:

✓ Η ως άνω αναφερόμενη αρμόδια επιτροπή διενέργειας ελέγχων, με το υπ' αριθμ. 22/13-2-2017 έγγραφό της συνιστά ρητώς, εφόσον αποφασισθεί η επαναλειτουργία των χειρουργείων, να μην χρησιμοποιηθεί το κεντρικό σύστημα διανομής O₂, N₂O και ιατρικού αέρα στις χειρουργικές αίθουσες μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικοί τους έλεγχοι προσομοίωσης κ.λπ. Επίσης προτείνει τη λειτουργία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με εξωτερικές φιάλες ιατρικών αερίων όπως στην μαιευτική αίθουσα (εννοείται δηλαδή η απευθείας σύνδεση των μηχανημάτων με τις φιάλες αυτόνομα και χωρίς την χρήση του κεντρικού δικτύου), καθώς και την πιστή εφαρμογή όλων των προτάσεών τους.

✓ Επίσης το Επιστημονικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.22/6-3-2017 έγγραφό του προβλέπει ότι σε όλες τις χειρουργικές αίθουσες η τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με ιατρικά αέρια (O₂, N₂O, ιατρικό αέρα), θα

γίνεται με μεμονωμένες φορητές φιάλες εντός των χειρουργικών αίθουσών, συνδεδεμένες απ' ευθείας με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα, προσωρινά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων και την αποκατάσταση της κανονικότητας στο νοσοκομείο, ακολουθώντας τα επιστημονικά πρωτόκολλα της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων στο Γ.Ν.Ζ. που έχει οριστεί από τον Υπουργό Υγείας για το σκοπό αυτό.

- ✓ Επίσης στο πρακτικό της 12^{ης}/7-3-2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. αναφέρεται ρητά ότι: «Κατά το μεταβατικό διάστημα έως την αποκατάσταση της κανονικότητας της λειτουργίας των χειρουργείων, παραμένει η αίθουσα της μαιεύσης σε λειτουργία με τις συνθήκες που λειτουργεί έως τώρα.», δηλαδή με τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων απ' ευθείας από φιάλες χωρίς την παρεμβολή των κεντρικών δικτύων παροχής ιατρικών αερίων.
 - ✓ Τέλος στη συνάντηση του Ε.Σ. με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6^{ης} Υ.ΠΕ., την 22-3-2017, συμφωνήθηκε να γίνει η επαναλειτουργία των χειρουργείων προοδευτικά σε τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι βάσει της προαναφερόμενης πρότασης του Επιστημονικού Συμβουλίου (απ' ευθείας σύνδεση των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με φιάλες και σε όλες τις αίθουσες ταυτόχρονα). Το δεύτερο στάδιο προβλέπει την τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων με φιάλες συνδεδεμένες στους πίνακες παροχής ιατρικών αερίων, που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, αλλά εντός των χώρων των χειρουργείων, χρησιμοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο το τελικό τμήμα των δικτύων μέχρι τις στήλες οροφής των χειρουργικών αιθουσών, που συνδέονται τα μηχανήματα. Το τρίτο στάδιο αφορά την τροφοδοσία των αναισθησιολογικών μηχανημάτων από τις κεντρικές πηγές εφοδιασμού, χρησιμοποιώντας ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο.
- Η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο και η διάρκεια του καθενός δεν θα έχουν χρονικό περιορισμό, αλλά θα καθοριστούν βάσει επιστημονικών δεδομένων που θα προκύψουν από τη διενέργεια ικανού αριθμού επεμβάσεων, στην κάθε αίθουσα ξεχωριστά και σε συνάρτηση με την εξέλιξη των περιστατικών και την πορεία των υποχρεωτικών μετεγχειρητικών ελέγχων, όπως προβλέπεται από τα διεθνή επιστημονικά πρωτόκολλα και τις συστάσεις της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων, που έχει οριστεί από τον Υπουργό Υγείας.

Ως εκ τούτου ο τρόπος σύνδεσης ιατρικών αερίων, που υποδεικνύει η Διοικήτρια, επικαλούμενη ρητή εντολή του Αν. Υπουργού Υγείας και του Διοικητή της 6^{ης} Υ.Πε. και με τη χρήση ενός συνημμένου εντύπου το οποίο δεν έχει υπόσταση εγγράφου, καθόσον δεν αναφέρει εκδούσα αρχή, ημερομηνία και δεν φέρει υπογραφή, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εισηγήσεις των προαναφερομένων αρμόδιων οργάνων ήτοι: Επιστημονικό Συμβούλιο, Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων, καθώς και με την απόφαση του Δ.Σ., αλλά και τη συμφωνία με τον Αν. Υπουργό.

Με αφορμή τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα (θεσμικό όργανο του Γ.Ν.Ζ.) συνεδρίασε σήμερα 28-3-2017 και κατόπιν διεξοδικής διαλογικής συζήτησης αποφάσισε, ότι ο εντελλόμενος από τη Διοίκηση τρόπος σύνδεσης των ιατρικών αερίων με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα πρακτικά αποτελεί πειραματική διαδικασία, δεν παρέχει ασφάλεια και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των ασθενών, καθώς και για το εμπλεκόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης η διαδικασία αυτή είναι αντίθετη με όλες τις διεθνείς επιστημονικές πρακτικές, καθώς και με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων.

Η Γ.Σ. του χειρουργικού τομέα, βάσει των ανωτέρω, εισηγήθηκε στο Ε.Σ. να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να μην εφαρμοστεί η ανωτέρω διαδικασία.

Το Ε.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, ομόφωνα αποφάσισε:


1. Στη διαμόρφωση όλων των προαναφερομένων αποφάσεων της Διοίκησης, το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν συμμετείχε. Η μοναδική γνωμοδότησή του διατυπώνεται στο υπ' αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 έγγραφό του και οποιαδήποτε απόφαση είναι αντίθετη με τα διαλαμβανόμενα σ' αυτό, καθώς και με τη συμφωνία που έγινε με τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6^{ης} Υ.ΠΕ., όπως αυτή περιγράφεται ακριβώς στο παρόν πρακτικό, όχι μόνο δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ., αλλά έρχεται και σε πλήρη αντίθεση με την επιστημονική άποψή του, για την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς του νοσοκομείου.
2. Ο τρόπος για την επαναλειτουργία των χειρουργείων που έγινε τελικά αποδεκτός και συμφωνήθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο, τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6^{ης} Υ.ΠΕ., την 22-3-2017, είναι ακριβώς όπως περιγράφεται στο παρόν πρακτικό.
3. Η διαδικασία επαναλειτουργίας των χειρουργείων που εντέλει η Διοίκηση του Γ.Ν.Ζ. και ο τρόπος σύνδεσης των ιατρικών αερίων, έρχονται σε αντίθεση τόσο με την υπ' αριθμ. Ε.Σ. 22/6-3-2017 εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, όσο και με τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας ελέγχων, που έχει ορισθεί από τον Υπουργό Υγείας.
4. Ο διαχωρισμός των ασθενών που πρόκειται να χειρουργηθούν, σε δύο ομάδες, βάσει του τρόπου χορήγησης ιατρικών αερίων, είναι αντιεπιστημονικός, πρακτικά δοκιμαστικός και ως εκ τούτου επισφαλής για τους ασθενείς και το επιστημονικό προσωπικό.
5. Ορίζει τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Ε.Σ. κ. Παύλο Θεοδόση-Καψαμπέλη, το τακτικό μέλος του Ε.Σ. κ. Διονύσιο Ακτύπη και το αναπληρωματικό μέλος του Ε.Σ. κ. Νικόλαο Ποταμίτη, για να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την ακύρωση της συγκεκριμένης διαδικασίας επαναλειτουργίας των χειρουργείων του τρόπου χορήγησης ιατρικών αερίων, που αποφασίσθηκε από τη Διοίκηση.
6. **Να γίνει η άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων σύμφωνα με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου και στη βάση της από 22-3-2017 συμφωνίας με τον Αν. Υπουργό Υγείας και τον Διοικητή της 6^{ης} Υ.ΠΕ. και περιγράφεται ανωτέρω.**

Ο πρόεδρος του Ε.Σ. αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, κήρυξε τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης, για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ



ΑΠΟΦΑΣΗ-ΨΗΦΙΣΜΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 28 Μαρτίου 2017 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γ.Ν.Ζ. «Άγιος Διονύσιος», συνεδρίασε εκτάκτως η Γενική Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα του Γ.Ν.Ζ., με θέμα: « Εντολή της Διοίκησης για την επαναλειτουργία των χειρουργείων».

Κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Χειρουργικού Τομέα, αποφάσισαν τα ακόλουθα:

1. Ο εντελλόμενος από τη Διοίκηση τρόπος σύνδεσης των ιατρικών αερίων με τα αναισθησιολογικά μηχανήματα πρακτικά αποτελεί, πειραματική διαδικασία, δεν παρέχει ασφάλεια και ως εκ τούτου είναι επικίνδυνος για την υγεία και τη ζωή των ασθενών, καθώς και για το εμπλεκόμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Επίσης η διαδικασία αυτή είναι αντίθετη με όλες τις διεθνείς επιστημονικές πρακτικές, καθώς και με τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων (Επιστημονικό Συμβούλιο, Επιτροπή Διενέργειας Ελέγχων στο Γ.Ν.Ζ., που συστάθηκε από τον Υπουργό Υγείας).
2. Η Γ.Σ. βάσει των ανωτέρω, εισηγείται στο Επιστημονικό Συμβούλιο να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να μην εφαρμοστεί η ανωτέρω διαδικασία.
3. Προτείνεται η άμεση επαναλειτουργία των χειρουργείων σύμφωνα με τις προτάσεις του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δρ. ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ-ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
"ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ"

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Τηλ : 2695360610
FAX : 2695045203
Email:manager@zante-hospital.gr

Ζάκυνθος: 27-03-2017
Αριθμ. Πρωτ:1985

ΠΡΟΣ: -Τμήμα Τεχνικού

ΘΕΜΑ: Τρόποι σύνδεσης ιατρικών αερίων.
ΣΧΕΤ: Το από 22.03.17 πρακτικό της 14^{ης} συνεδρίασης του Δ.Σ.

Κατόπιν ρητής εντολής του Αν. Υπουργού Υγείας, κ. Παύλου Πολάκη, και του Διοικητή της 6^{ης} ΥΠΕ κ. Παναγιώτη Νικολόπουλου, και σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, παρακαλούμε όπως συνδεθούν τα ιατρικά αέρια , σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ

ΚΟΙΝ:-Γρ. Αν. Υπουργού
-6^η ΥΠΕ
✓ Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας
-Μέλη Δ.Σ.

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

1. ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ:

Θα απομακρυνθούν οι φιάλες O₂ και NO₂ από την αίθουσα του χειρουργείου (όπου έχουν εγκατασταθεί) και θα εγκατασταθούν στον χώρο υποδοχής, όπου θα συνδεθούν στον πίνακα διανομής ιατρικών αερίων της αίθουσας για λόγους εφεδρείας, ενώ τα αναισθησιολογικά μηχανήματα θα συνδεθούν στις λήψεις των κεντρικών στηλών παροχής ιατρικών αερίων με τροφοδοσία από τα κεντρικά δίκτυα ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου.

2. ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ:

Θα εγκατασταθούν συστοιχίες φιαλών O₂ και NO₂ στον κεντρικό διάδρομο των χειρουργείων (πίσω από την στάση των αδελφών), όπου θα συνδεθούν στον πίνακα διανομής ιατρικών αερίων των αιθουσών για διάστημα 1 μηνός και θα χορηγούν ιατρικά αέρια στο τμήμα του δικτύου από τον πίνακα διανομής έως τις λήψεις των κεντρικών στηλών παροχής ιατρικών αερίων της κάθε αίθουσας, όπου και θα συνδεθούν τα αναισθησιολογικά μηχανήματα. Μετά την πάροδο του 1 μηνός οι φιάλες θα παραμείνουν συνδεδεμένες στον πίνακα διανομής ιατρικών αερίων για λόγους εφεδρείας, ενώ η παροχή των ιατρικών αερίων θα γίνεται από τα κεντρικά δίκτυα ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου.

3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΗΠΤΙΚΟΥ:

Θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τις αίθουσες του γενικού και ορθοπεδικού χειρουργείου.